

# Kalibrier Zertifikat

## Certificate of Calibration



Die Messergebnisse dieses Kalibrierscheines wurden auf dem RT-Prüfstand E173 für digitale optische Handtachometer ermittelt. Die Genauigkeit des Prüfstandes ist rückführbar auf die Bezugsnormale des DKD (Deutscher Kalibrierdienst).

*This certification was made in accordance with factory calibration procedures conducted under the conditions noted below using a standard, which is traceable to DKD (Deutscher Kalibrierdienst).*

**Bezug:** Bezeichnung/Type: Agilent Universal Counter Type 53131A  
**Master Standard:** Seriennr./Serial No: MY40015024  
Prüfbericht/Test Certificate: Agilent Technologies  
 Innovating the HP Way  
 No. 06D296  
 (09/2006;due 09/2007)

**Produkt:** Bezeichnung/Type: Digital Tachometer  
**Product:** Seriennr./Serial No:

**Umgebung:** Temperatur/Temp.: 22°C  
**Conditions:** Feuchtigkeit/Humidity: 34%rH

**Test Ergebnisse:**  
**Test results:**

Prüfpunkte Testpoints (RPM)	Messwert Act. Read out (RPM)	Abweichung Difference (RPM)	Abweichung Difference (%)	Ergebnis Result ( )
10	10.00	0.00	0.000	OK
100	100.00	0.00	0.000	OK
1000	999.96	0.04	-0.004	OK
10000	9999.65	0.35	-0.004	OK
99900	99896.38	3.62	-0.004	OK

**ausgestellt:** Freiburg, 11. Jul 2007  
**Place and date of issue:** Prüfer: Karola Schlichtholz

Dieser Bericht wurde maschinell im Herstellwerk erstellt. Eine Wiederholungsprüfung 3 Jahre nach dem Ausstelldatum dieses Kalibrierscheines wird empfohlen.

*This report was printed automatically during the quality test of the instrument in the manufacturer works. We recommend a recalibration of the instrument 3 years after the date of issue.*

**Rheintacho Messtechnik GmbH**